



Република Србија
МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ

Сектор за квалитет и
безбедност производа
Број: 335-00-00001/2018-07
15. јануар 2018. године
Кнеза Милоша 20
Београд

TECHNOMER d.o.o.

БЕОГРАД
Тетовска 54

У прилогу вам достављамо Извод из Регистра иностраних исправа о усаглашености знакова усаглашености који важе у Републици Србији и односи се на мерило топлотне енергије Multical 302, а у вези вашег захтева од 11. јануара 2018. године.

П р и л о г:
- као у тексту



ДРЖАВНИ СЕКРЕТАР,

Драган Стевановић

ИЗВОД ИЗ РЕГИСТРА ИНОСТРАНИХ ИСПРАВА О УСАГЛАШЕНОСТИ И ЗНАКОВА УСАГЛАШЕНОСТИ (ИНИ)									
Регистарски број ИНИ	Број решења о признавању ИНИ	Датум решења о признавању ИНИ	Врста ИНИ	Пословно име/назив правног субјекта, адреса седишта правног субјекта који је издао ИНИ, држава у којој је издата ИНИ	ТП на основу кога је издата ИНИ (инострани ТП)	Назив одговарајућег српског ТП	Производ на који се односи ИНИ	Датум почетка важења ИНИ у РС	Рок важења ИНИ
ИНИ 0023:16	021-03-261/2015-07 МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДНЕ	17. 2. 2016.	1. ЕС - Type Examination Certificate, Certificate number/број сертификата: DK-0200-MI004-031, Revision No./Ревизија: 6, са припадајућим прилогом (додатком) који је саставни део овог уверења, издатог дана 26. маја 2015. године	FORCE Certification A/S, Park Alle 345, 2605 Brondby, Краљевина Данска, регистарски број NB 0200, са роком важења до 30. октобра 2023. године	Директива 2004/22/ЕЗ Европског Парламента и Савета од 31. марта 2004. године о мерилима (Directive 2004/22/EC of the European Parliament and of the Council of 31 March 2004 on measuring instruments) која је објављена у Official Journal of the European Union L 135/1, 30. априла 2004. године	Правилник о мерилима („Службени гласник РС”, број 63/13)	мерило топлотне енергије, типа Multical 302 (Type 302-T), произвођача Kamstrup A/S Industrivej 28, Stilling DK-8660 Skanderborg, Краљевина Данска, следећих метролошких карактеристика: - опсег протока: qр = 0,6 m³/h; qр = 1,5 m³/h и qр = 2,5 m³/h; - граничне вредности температуре θ су 2 оС до 150 оС; - граничне вредности температурне разлике Δθ су 3 К до 130 К; - пар Pt500 сензора; - класа тачности 2 и 3; - механичко окружење, класа М1 и М2; - електромагнетско окружење, класа Е1	17. 2. 2016.	30. 10. 2023.